

資料2-1. 令和4年度 大腸菌群数集計表（個別）

	対数値 (小数第3位)	集計結果 (実数値)
データ数:個別	128	128
平均	5.985	1.52E+06
標準偏差	0.365	2.32E+06
中央値	5.962	9.15E+05
最大値	7.114	1.30E+07
最小値	4.638	4.35E+04

個人別No.	登録番号	各社No.	対数値 (小数第3位)	結果 (実数値)	大腸菌群 の確認	大腸菌の 確認	菌の検出 (測定方法)	菌の検出 (その他)	菌の確認 (その他)	菌の確認 (その他)
1	4	1.0	5.908	8.10E+05	陽性		その他	乾式簡易培地	酵素基質培地にて確認した。	
2	4	1.0	6.041	1.10E+06	陽性					
3	4	1.0	5.813	6.50E+05	陽性					
4	4	1.0	6.114	1.30E+06	陽性					
5	6		7.114	1.30E+07	陽性	陰性	寒天平板法 (酵素基質寒天培地)		酵素基質培地にて確認した。	
	6		7.114	1.30E+07						
	6		7.114	1.30E+07						
6	6		6.114	1.30E+06	陽性	陰性	寒天平板法 (酵素基質寒天培地)		酵素基質培地にて確認した。	
	6		6.146	1.40E+06						
	6		6.146	1.40E+06						
7	6		6.114	1.30E+06	陽性	陰性	寒天平板法 (酵素基質寒天培地)		酵素基質培地にて確認した。	
	6		6.079	1.20E+06						
	6		6.114	1.30E+06						
8	8		6.045	1.11E+06	陽性		寒天平板法 (デソキシコレート寒天培地)			
	8		6.164	1.46E+06						
	8		5.964	9.20E+05						
9	8		6.017	1.04E+06	陽性		寒天平板法 (デソキシコレート寒天培地)			
	8		6.049	1.12E+06						
	8		6.137	1.37E+06						
10	12	A	6.146	1.40E+06	陽性	陰性	寒天平板法 (酵素基質寒天培地)		その他	乳糖ブイヨン培地での確認
	12	B	6.146	1.40E+06						
	12	C	6.146	1.40E+06						
11	14	14.0	6.919	8.30E+06	陽性	陰性	ペトリフィルム法	ECプレート	その他	気泡の伴うコロニー
	14	14.0	6.934	8.60E+06						
	14	14.0	7.000	1.00E+07						
12	15		6.954	9.00E+06	陽性	陰性	寒天平板法 (デソキシコレート寒天培地)	デソ推定試験まで	酵素基質培地にて確認した。	大腸菌群のみ検出
13	15		5.677	4.75E+05	陽性	陰性				
14	15		5.763	5.80E+05	陽性	陰性				
15	21		5.455	2.85E+05	陽性		寒天平板法 (デソキシコレート寒天培地)	-	その他	BGLB発酵管にて確認
	21		5.525	3.35E+05						
	21		5.550	3.55E+05						
16	21		5.465	2.92E+05	陽性		寒天平板法 (デソキシコレート寒天培地)	-	その他	BGLB発酵管にて確認
	21		5.597	3.95E+05						
	21		5.484	3.05E+05						
17	21		5.453	2.84E+05	陽性		寒天平板法 (デソキシコレート寒天培地)	-	その他	BGLB発酵管にて確認
	21		5.449	2.81E+05						
	21		5.457	2.87E+05						
18	21		5.556	3.60E+05	陽性		寒天平板法 (デソキシコレート寒天培地)	-	その他	BGLB発酵管にて確認
	21		5.519	3.30E+05						
	21		5.442	2.77E+05						

推定試験				陽性判定					染色		染色結果		
2菌種	1菌種	何とも	判断×	2-陽性	2-1陽性	2-陰性	1-陽性	1-陰性	グ×	グ○	桿菌	球菌	桿・球
		●							●				
		●							●				
		●							●				
		●							●				
	●						●		●				
	●						●		●				
	●				●				●				
	●						●		●				
	●						●		●				
			●				●		●				
	●						●		●				
	●						●		●				
	●						●		●				

資料2-1. 令和4年度 大腸菌群数集計表（個別）

	対数値 (小数第3位)	集計結果 (実数値)
データ数:個別	128	128
平均	5.985	1.52E+06
標準偏差	0.365	2.32E+06
中央値	5.962	9.15E+05
最大値	7.114	1.30E+07
最小値	4.638	4.35E+04

個人別No.	登録番号	各社No.	対数値 (小数第3位)	結果 (実数値)	大腸菌群 の確認	大腸菌の 確認	菌の検出 (測定方法)	菌の検出 (その他)	菌の確認 (その他)	菌の確認 (その他)
19	22	1.0	6.000	1.00E+06	陽性		寒天平板法 (デソキシコ レート寒天培 地)	推定試験の み行った	食品衛生検査指 針に基づき、推 定・確定・完全 試験を行った。	
	22	2.0	6.000	1.00E+06						
	22	3.0	6.079	1.20E+06						
20	32	1	5.940	8.70E+05	陽性		寒天平板法 (デソキシコ レート寒天培 地)		その他	LB培地
	32	2	5.978	9.50E+05						
	32	3	5.914	8.20E+05						
21	35	1回目	6.279	1.90E+06	陽性		寒天平板法 (デソキシコ レート寒天培 地)		食品衛生検査指 針に基づき、推 定・確定・完全 試験を行った。	
22	35	2回目	6.204	1.60E+06						
23	35	3回目	6.342	2.20E+06						
24	36		5.886	7.70E+05	陽性		寒天平板法 (デソキシコ レート寒天培 地)		食品衛生検査指 針に基づき、推 定・確定・完全 試験を行った。	
	36		5.845	7.00E+05						
	36		5.944	8.80E+05						
25	53	①-1	6.097	1.25E+06	陽性	陰性	寒天平板法 (デソキシコ レート寒天培 地)		酵素基質培地 にて確認した。	
	53	①-2	6.138	1.38E+06						
	53	①-3	6.201	1.59E+06						
26	53	②-1	5.810	6.45E+05	陽性	陰性	寒天平板法 (デソキシコ レート寒天培 地)		酵素基質培地 にて確認した。	
	53	②-2	5.872	7.45E+05						
	53	②-3	5.947	8.85E+05						
27	53	③-1	5.342	2.20E+05	陽性	陰性	寒天平板法 (デソキシコ レート寒天培 地)		酵素基質培地 にて確認した。	
	53	③-2	5.279	1.90E+05						
	53	③-3	5.290	1.95E+05						
28	56	A1	5.964	9.20E+05	陽性	陰性	ペトリフィル ム法		酵素基質培地 にて確認した。	
	56	A2	5.944	8.80E+05						
	56	A3	5.929	8.50E+05						
29	56	K1	5.924	8.40E+05	陽性	陰性	ペトリフィル ム法		酵素基質培地 にて確認した。	
	56	K2	5.932	8.55E+05						
	56	K3	5.947	8.85E+05						
30	56	M1	6.053	1.13E+06	陽性	陰性	ペトリフィル ム法		酵素基質培地 にて確認した。	
	56	M2	6.158	1.44E+06						
	56	M3	6.121	1.32E+06						
31	60									
	60									
	60									
32	66		5.954	9.00E+05	陽性	陰性	その他	コンパクト ドライ	その他	ECにて確 認
33	66		6.114	1.30E+06	陽性	陰性	寒天平板法 (酵素基質寒 天培地)		酵素基質培地 にて確認した。	

推定試験				陽性判定					染色		染色結果		
2菌種	1菌種	何とも	判断×	2-陽性	2-1陽性	2-陰性	1-陽性	1-陰性	グ×	グ○	桿菌	球菌	桿・球
	●						●		●				
	●						●		●				
	●						●			●	●		
	●						●			●	●		
	●						●		●				
	●						●		●				
			●				●		●				
			●				●		●				
	●						●		●				
	●						●		●				

資料2-1. 令和4年度 大腸菌群数集計表（個別）

	対数値 (小数第3位)	集計結果 (実数値)
データ数:個別	128	128
平均	5.985	1.52E+06
標準偏差	0.365	2.32E+06
中央値	5.962	9.15E+05
最大値	7.114	1.30E+07
最小値	4.638	4.35E+04

個人別No.	登録番号	各社No.	対数値 (小数第3位)	結果 (実数値)	大腸菌群 の確認	大腸菌の 確認	菌の検出 (測定方法)	菌の検出 (その他)	菌の確認 (その他)	菌の確認 (その他)
34	66		6.013	1.03E+06	陽性	陰性	液体培地法 (酵素基質培地)	-	酵素基質培地にて確認した。	-
35	66		4.638	4.35E+04	陽性	陰性	寒天平板法 (酵素基質寒天培地)		酵素基質培地にて確認した。	
36	907	1.0	6.203	1.60E+06	陽性	陰性	その他	Easy Plate EC	酵素基質培地にて確認した。	
	907	2.0	6.122	1.33E+06						
	907	3.0	6.140	1.38E+06						
37	907	1.0	6.049	1.12E+06	陽性	陰性	その他	Easy Plate EC	酵素基質培地にて確認した。	
	907	2.0	6.146	1.40E+06						
	907	3.0	6.086	1.22E+06						
38	43-1	1.0	6.083	1.21E+06	陽性		寒天平板法 (デソキシコレート寒天培地)		その他	赤色集落、LB 酸生成ガス発生
	43-1	2.0	6.137	1.37E+06						
	43-1	3.0	6.179	1.51E+06						
39	43-2	A	6.204	1.60E+06	陽性		寒天平板法 (デソキシコレート寒天培地)		その他	BGLB発酵管にて確認
	43-2	B	6.255	1.80E+06						
	43-2	C	6.230	1.70E+06						
40	47-1		5.785	6.10E+05	陽性		ペトリフィルム法			
	47-1		5.806	6.40E+05						
	47-1		5.771	5.90E+05						
41	47-2	A	6.000	1.00E+06	陽性		ペトリフィルム法		その他	
	47-2	B	6.041	1.10E+06						
	47-2	C	5.892	7.80E+05						
42	47-3		6.146	1.40E+06	陽性		ペトリフィルム法			
	47-3		6.176	1.50E+06						
	47-3		6.255	1.80E+06						
43	47-4	1.0	5.833	6.80E+05	陽性	陰性	ペトリフィルム法		食品衛生検査指針に基づき、推定・確定・完全試験を行った。	
	47-4	1.0	5.740	5.50E+05						
	47-4	1.0	5.663	4.60E+05						
44	47-4	2.0	6.079	1.20E+06	陽性	陰性	寒天平板法 (デソキシコレート寒天培地)		食品衛生検査指針に基づき、推定・確定・完全試験を行った。	
	47-4	2.0	6.000	1.00E+06						
	47-4	2.0	5.959	9.10E+05						
45	23-1		5.778	6.00E+05	陽性	陰性	寒天平板法 (酵素基質寒天培地)		酵素基質培地にて確認した。	
	23-1		5.886	7.70E+05						
	23-1		5.851	7.10E+05						
46	23-1	1.0	5.708	5.10E+05	陽性	陰性	寒天平板法 (酵素基質寒天培地)		酵素基質培地にて確認した。	
	23-1	2.0	5.934	8.60E+05						
	23-1	3.0	6.279	1.90E+06						

推定試験				陽性判定					染色		染色結果		
2菌種	1菌種	何とも	判断×	2-陽性	2-1陽性	2-陰性	1-陽性	1-陰性	グ×	グ○	桿菌	球菌	桿・球
	●						●		●				
	●						●		●				
	●						●		●				
	●						●			●	●		
	●						●		●				
	●						●		●				
●				●					●				
	●						●		●				
	●						●		●				
	●						●			●	●		
	●						●		●				
	●						●		●				

資料2-1. 令和4年度 大腸菌群数集計表（個別）

	対数値 (小数第3位)	集計結果 (実数値)
データ数:個別	128	128
平均	5.985	1.52E+06
標準偏差	0.365	2.32E+06
中央値	5.962	9.15E+05
最大値	7.114	1.30E+07
最小値	4.638	4.35E+04

個人別No.	登録番号	各社No.	対数値 (小数第3位)	結果 (実数値)	大腸菌群 の確認	大腸菌の 確認	菌の検出 (測定方法)	菌の検出 (その他)	菌の確認 (その他)	菌の確認 (その他)
47	23-2	23-2-①	5.778	6.00E+05	陽性	陰性	寒天平板法 (酵素基質寒 天培地)		酵素基質培地にて確認した。	
	23-2	23-2-②	5.716	5.20E+05						
	23-2	23-2-③	5.934	8.60E+05						
48	23-3		5.519	3.30E+05	陽性	陰性	寒天平板法 (酵素基質寒 天培地)		酵素基質培地にて確認した。	
	23-3		5.881	7.60E+05						
	23-3		5.924	8.40E+05						
49	10-1	10-1	6.380	2.40E+06	陽性	陰性	ペトリフィルム法		その他	
50	10-1	10-1	6.398	2.50E+06						
51	10-1	10-1	6.505	3.20E+06						
52	70	1.0	5.833	6.80E+05	陽性	陰性	寒天平板法 (酵素基質寒 天培地)		酵素基質培地にて確認した。	
	70	2.0	5.806	6.40E+05						
	70	3.0	5.681	4.80E+05						
53	Z02	A	5.929	8.50E+05	陽性		寒天平板法 (デソキシコ レート寒天培 地)		食品衛生検査指 針に基づき、推 定・確定・完全 試験を行った。	
	Z02	B	5.829	6.75E+05						
	Z02	C	5.900	7.95E+05						
54	29	N J	5.919	8.30E+05	陽性		ペトリフィルム法		その他	確定試験まで実施
	29	N J	5.898	7.90E+05						
	29	N J	5.892	7.80E+05						
55	29	SS	5.944	8.80E+05	陽性		ペトリフィルム法		その他	確定試験まで実施
	29	SS	6.017	1.04E+06						
	29	SS	5.940	8.70E+05						

推定試験				陽性判定					染色		染色結果		
2菌種	1菌種	何とも	判断×	2-陽性	2-1陽性	2-陰性	1-陽性	1-陰性	グ×	グ○	桿菌	球菌	桿・球
	●						●		●				
	●						●		●				
		●							●				
		●							●				
●				●					●				
			●				●		●				
			●				●		●				