

資料3. 2025年一般生菌数Zスコア値による評価

[スクリーニング要件]

- ①冷蔵保管、梱包容器及び試料瓶に”損傷無し”
- ②サンプル到着後3日以内に検査実施 11/5～11/8
- ③培養日数”4”除く

評価範囲	評価	集計/人
0.0≤Zスコア≤1.0	満足（更に良い）	38
1.0<Zスコア≤2.0	満足	8
2.0<Zスコア≤3.0	疑わしい	3
3.0<Zスコア	不満足	0
計		49

※Zスコア値 = (データ値 (対数値) - 7.36 (平均値) / 0.28 (標準偏差)

評価はZスコア値の小数第2位を四捨五入した数値で行っています。

個人No.	登録番号	各社No.	対数値 (小数第3位)	Zスコア (小数第1位)	評価
1	4	4.0	7.462	0.4	満足（更に良い）
2	6		7.447	0.3	満足（更に良い）
3	6		7.690	1.2	満足
4	6		7.255	0.4	満足（更に良い）
5	6		7.398	0.1	満足（更に良い）
6	10		7.724	1.3	満足
7	10		7.851	1.8	満足
8	10		7.813	1.6	満足
9	14	14.0	7.643	1.0	満足（更に良い）
10	15	15.0	7.433	0.3	満足（更に良い）
11	17	N	7.377	0.1	満足（更に良い）
12	21		6.820	1.9	満足
13	21		6.699	2.4	疑わしい
14	21		6.724	2.3	疑わしい
15	21		6.716	2.3	疑わしい
16	22	22.0	7.820	1.6	満足
17	23-1	23-1	7.362	0.0	満足（更に良い）
18	23-1		7.398	0.1	満足（更に良い）
19	23-2	23-2	7.519	0.6	満足（更に良い）
20	23-3	23-3	7.146	0.8	満足（更に良い）

個人No.	登録番号	各社No.	対数値 (小数第3位)	Zスコア (小数第1位)	評価
21	29	SS	7.408	0.2	満足（更に良い）
22	29	N J	7.420	0.2	満足（更に良い）
23	32		7.380	0.1	満足（更に良い）
24	36		7.041	1.1	満足
25	43-1	1.0	7.322	0.1	満足（更に良い）
26	43-2		7.462	0.4	満足（更に良い）
27	47-1	NO.47-1	7.322	0.1	満足（更に良い）
28	47-2	A	7.362	0.0	満足（更に良い）
29	47-3	1.0	7.591	0.8	満足（更に良い）
30	47-4	3.0	7.176	0.7	満足（更に良い）
31	47-4	1.0	7.176	0.7	満足（更に良い）
32	47-4	4.0	7.255	0.4	満足（更に良い）
33	47-4	1.0	7.114	0.9	満足（更に良い）
34	53	2.0	7.653	1.0	満足（更に良い）
35	53	1.0	7.568	0.7	満足（更に良い）
36	53	3.0	7.618	0.9	満足（更に良い）
37	56	56.0	7.505	0.5	満足（更に良い）
38	56	56.0	7.556	0.7	満足（更に良い）
39	56	56.0	7.431	0.3	満足（更に良い）
40	56	56.0	7.322	0.1	満足（更に良い）
41	59		7.573	0.8	満足（更に良い）
42	59		7.380	0.1	満足（更に良い）
43	60	①	7.322	0.1	満足（更に良い）
44	70		6.991	1.3	満足
45	70		7.070	1.0	満足（更に良い）
46	901	A	7.079	1.0	満足（更に良い）
47	902		7.544	0.7	満足（更に良い）
48	903		7.653	1.0	満足（更に良い）
49	907	1.0	7.358	0.0	満足（更に良い）